

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики ЛОГИКА 1961

Назначение средства измерений

Теплосчетчики предназначены для измерения тепловой энергии, расхода, объема, массы, температуры и давления воды и пара, транспортируемых по трубопроводам систем тепло- и водоснабжения.

Описание средства измерений

Принцип действия теплосчетчиков состоит в измерении параметров теплоносителя, транспортируемого по трубопроводам, с последующим расчетом тепловой энергии и количества теплоносителя. Выходные электрические сигналы от датчиков параметров теплоносителя (расход, объем, температура, давление), установленных в трубопроводах, поступают в тепловычислитель, где осуществляется их преобразование в значения соответствующих физических величин и производится вычисление тепловой энергии и количества теплоносителя.

В составе теплосчетчиков используются в любом сочетании преобразователи расхода, температуры и давления (разности давлений), приведенные в таблице 1 (в скобках указан регистрационный номер преобразователя в госреестре СИ), и стандартные сужающие устройства: диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури. Дополнительно могут использоваться, кроме как на подающем трубопроводе, преобразователи расхода: ТЭМ (24357-08), ВСТН (40606-09, 55115-13), ВСХНд (40606-09, 55115-13), РМ-5 (20699-11), ПРЭМ (17858-11), Питерфлоу РС (46814-11). В качестве комплексного компонента теплосчетчика как измерительной системы используется тепловычислитель СПТ961 (35477-12) совместно с измерительными адаптерами АДС97 (38646-08). Конкретный состав теплосчетчика определяется заказом и приводится в паспорте.

Таблица 1 – Типы преобразователей в составе теплосчетчиков

Преобразователи расхода	Преобразователи температуры	Преобразователи давления
Метран-350 (25407-05) 3051SFA (46963-11) Deltaflow (60848-15) Deltatop (58001-14) Gilflo (25653-11) SDF (57091-14)	ТЭМ-110 (40593-09) КТПТР-01 (46156-10) КТПТР-05 (39145-08) КТСП-Н (38878-12) ТЭМ-100 (40592-09) ТПТ-1 (46155-10) ТПТ-15 (39144-08) ТСП-Н (38959-12)	3051S (24116-13) 3051 (14061-15) ЕJ* (59868-15) Метран-150 (32854-13) Метран-75 (48186-11) Метран-55 (18375-08) СДВ (28313-11) МИДА-13П (17636-06) АИР-10 (31654-14) АИР-20/М2 (46375-11) Элемер-АИР-30 (37668-13) Элемер-100 (39492-08) Serabar (41560-09) Deltabar (41560-09) Овен-ПД100И (56246-14) MBS 4003 (56237-14)

Общий вид составных частей теплосчетчиков приведен на рисунках 1 – 5.



Рисунок 1 – Тепловычислитель СПТ961



Рисунок 2 – Адаптер АДС97



Метран-350, 3051SFA



Deltaflow



Deltatop



Gilflo



SDF

Рисунок 3 – Преобразователи расхода



Метран-150



Метран-75



Метран-55



3051 (S)



EJ*



Элемер-100



Элемер-АИР-30



АИР-20/М2



АИР-10



СДВ



MBS 4003



МИДА-13П



Овен-ПД100И



Cerabar



Deltabar

Рисунок 4 – Преобразователи давления



Рисунок 5 – Преобразователи температуры

Программное обеспечение

состоит из встроенного ПО, реализующего вычислительные, диагностические и интерфейсные функции согласно эксплуатационной документации, и внешнего ПО, предназначенного для считывания данных из тепловычислителя. Встроенное ПО резидентно размещено в тепловычислителе, имеет метрологически значимую часть и не может быть перезагружено при эксплуатации. Внешнее ПО функционирует под управлением операционной системы компьютера, имеет метрологически значимую часть с паролем доступом к данным и журналом посещений. Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений резидентного ПО "высокий", внешнего ПО "средний" по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование резидентного ПО	–
Номер версии резидентного ПО	02.xxxx
Цифровой идентификатор резидентного ПО	2В12
Идентификационное наименование внешнего ПО	ПРОЛОГ
Номер версии внешнего ПО	3.xx.x.xxxx
Цифровой идентификатор внешнего ПО	4В18В9В0

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерения массового расхода: от $3,2 \cdot 10^{-5}$ до $1,5 \cdot 10^4$ т/ч.

Диапазон измерения давления: от 0 до 25 МПа.

Диапазон измерения температуры: от минус 50 до плюс 600 °С.

Диапазон измерения объема: от $9,2 \cdot 10^{-5}$ до $9 \cdot 10^8$ м³.

Диапазон измерения массы: от $2,7 \cdot 10^{-6}$ до $9 \cdot 10^8$ т.

Диапазон измерения тепловой энергии: от $9,6 \cdot 10^{-7}$ до $9 \cdot 10^8$ ГДж.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения тепловой энергии:

$\pm [3 + 12/(t_1 - \alpha \cdot t_2) + 0,02 \cdot D_G]$ %.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода, объема и массы:

$\pm (2,1 + 0,02 \cdot D_G)$ %.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры:

$\pm (0,25 + 0,002 \cdot t)$ °С.

Пределы допускаемой приведенной¹ погрешности измерения давления воды: ± 1 %.

Пределы допускаемой приведенной¹ погрешности измерения давления пара: $\pm 0,6$ %.

¹ Нормирующее значение - верхний предел измерений.

Пределы допускаемой относительной погрешности часов: $\pm 0,01 \%$.

Примечание.

α – коэффициент водоразбора; $\alpha = M2/M1$; $M1$ и $M2$ – масса теплоносителя, прошедшего соответственно по подающему и обратному трубопроводам; $0 \leq \alpha \leq 1$.

D_G – динамический диапазон измерений расхода; $D_G = G_B/G$, G_B – верхний предел измерений преобразователя расхода, G – текущее значение расхода.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от 5 до 50 °С;
- относительная влажность: 80 % при 35 °С;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Электропитание: (220 +22/-33) В, (50 ± 1) Гц (непосредственно или через сетевые адаптеры).

Габаритные размеры и масса: приведены в описаниях типа составных частей.

Средняя наработка на отказ: 35000 ч.

Средний срок службы: 12 лет.

Знак утверждения типа

наносится на первой странице эксплуатационных документов типографским способом.

Комплектность средства измерений

Теплосчетчик ЛОГИКА 1961 в составе:

- тепловычислитель СПТ961.....	1 шт.
- адаптер АДС97.....	0...2 шт.
- преобразователи расхода.....	1...16 шт.
- преобразователи температуры.....	1...12 шт.
- преобразователи давления (разности давлений).....	1...16 шт.
- руководство по эксплуатации с методикой поверки (РАЖГ.421431.038 РЭ).....	1 шт.
- паспорт (РАЖГ.421431.038 ПС).....	1 шт.
- эксплуатационная документация составных частей (экземпляров для каждой составной части).....	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу РАЖГ.421431.038 РЭ "Теплосчетчики ЛОГИКА 1961. Руководство по эксплуатации", утвержденному ФГУП "ВНИИМС" в части раздела 6 "Методика поверки" 25.06.2015 г.

Основные средства поверки:

- проливная установка с относительной погрешностью не более $\pm 0,3 \%$;
- стенд СКС6 (абсолютная погрешность формирования сигналов тока $\pm 0,003$ мА, сигналов сопротивления $\pm 0,015$ Ом, относительная погрешность формирования сигналов частоты $\pm 0,003 \%$);
- термометры сопротивления эталонные мод. ПТСВ-4 (абсолютная погрешность $\pm 0,02$ °С);
- термостат жидкостный мод. 7012 (абсолютная погрешность $\pm 0,05$ °С);
- термостат жидкостный мод. 7312 (абсолютная погрешность $\pm 0,05$ °С);
- манометр грузопоршневой МП-2,5 кл. точности 0,05.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений приведены в РАЖГ.421431.038 РЭ "Теплосчетчики ЛОГИКА 1961. Руководство по эксплуатации".

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам ЛОГИКА 1961

1. ГОСТ 8.586.1-2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принципы метода измерений и общие требования.
2. ГОСТ 8.586.2-2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования.
3. ГОСТ 8.586.3-2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования.
4. ГОСТ 8.586.4-2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования.
5. ГОСТ 8.586.5-2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений.
6. МИ 2412-97. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
7. МИ 2451-98. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
8. МИ 2667-2011. Расход и количество жидкостей и газов. Методика измерений с помощью осредняющих напорных трубок ANNUBAR.
9. ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011. Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования.
10. ТУ 4218-094-23041473-2015. Теплосчетчики ЛОГИКА 1961. Технические условия.

Изготовитель

1. АО "ТЭМ", 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150.
ИНН 7804012841; тел./факс: (812) 3253637, 3253638, 3253639; komplekt@tem.spb.ru.
2. АО НПФ ЛОГИКА, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150.
ИНН 7809002893; тел./факс: (812) 2522940, 4452745; office@logika.spb.ru; www.logika.spb.ru.

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев



[Handwritten signature]

09 »

10

2015 г.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]